

機械器具(64) 歯科用探針  
 一般医療機器 歯科用探針 35812000（歯科用キュレット 31904000／歯鏡 31776000／歯科治療用ピンセット 31814000）

再使用禁止

## 往診用ディスポセット

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・本品に使用された原材料に対してアレルギーのある患者に使用しないこと。
- ・記載の使用目的以外に使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 概要

本品は、歯科診療で触診・組織の搔爬に用いる「ディスポーザブルデンタルプローブ」、口腔内診査又は圧排のために用いる「ディスポーザブルデンタルミラー」、口腔内に適用する創傷被覆・保護材等を把持する「ディスポーザブルデンタルピンセット」からなる。トレイに上記構成部品とエブロン（医療機器対象外）が配置されて包装される。

#### 2. 形状：


##### ○ディスポーザブルデンタルプローブ



##### ○ディスポーザブルデンタルミラー



##### ○ディスポーザブルデンタルピンセット



#### 3. 原材料：

- ディスポーザブルデンタルプローブ  
：ステンレス鋼（把持部はポプリプロピレン）
- ディスポーザブルデンタルミラー  
：ガラス（ハンドルはポプリプロピレン）
- ディスポーザブルデンタルピンセット  
：ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科診療で触診・組織の搔爬に用いる手持型の器具、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具、口腔内に適用する創傷被覆・保護材等を把持する歯科手用器具からなるキット品である。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用前

- (1) 本品は滅菌済みであるので開封後直ちに使用できる。
- (2) 滅菌包装に破れなどの破損がないことを確認し、破損等が見つかった場合には使用しないこと。

#### 2. 使用時：ディスポーザブルデンタルプローブ

口腔内検査や治療において両先端の細い作業部分にて触診、組織の搔爬を行う。

#### 3. 使用時：ディスポーザブルデンタルミラー

口腔内診査又は圧排を行う。

#### 4. 使用時：ディスポーザブルデンタルピンセット

創傷被覆・保護材等を把持する。

#### 5. 使用後

本品は、単回使用であり再使用できない。使用後は適切に廃棄すること

#### <使用方法に関連する使用上の注意>

1. 使用前に本品の破損の有無を確認し、破損があった場合は使用をしないこと。
2. 本品に無理な力を加えないこと。無理な力を加えて破損が生じた場合には廃棄をすること。
3. 使用目的以外の目的で使用しないこと。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

- (1) 直射日光、高温、多湿を避けて、保管すること。
- (2) 油、酸、アルカリ性の物質に接触させないこと
- (3) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

#### 2. 有効期間：滅菌日より2年間

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 株式会社マイテクニカル  
TEL 093-475-2771  
FAX 093-475-2781
2. 製造業者 Shanghai Shengda Medical Applications Co., Ltd  
シャンハイ シェンダ メディカル アプリケーションズ  
(国名：中華人民共和国)